

Saturatiemeting bij PAP-behandeling

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

**albert
schweitzer**

Inleiding

Binnenkort heeft u een afspraak bij het slaapwaakcentrum van het Albert Schweitzer ziekenhuis om een saturatiemeter op te halen. In deze folder leest u meer over deze afspraak. Het is belangrijk dat u deze folder doorleest voordat u de saturatiemeter aansluit.

Belangrijk

De saturatiemeting kan alleen gedaan worden als u een CPAP/BiPAP apparaat van het merk Resmed heeft. Heeft u een apparaat van een ander merk? Bel dan naar het Slaapwaakcentrum.

Wat is een saturatiemeter?

Een saturatiemeter meet het zuurstofgehalte in uw bloed. Dit wordt gedaan met een klemmetje op uw vinger. Bij u wordt de meting gedaan via uw CPap/BiPap apparaat. Ook registreert dit klemmetje uw hartslag.

Werkwijze


Als de OSAS-verpleegkundige of behandelaar voorschrijft dat u 3-4 nachten moet slapen met de saturatiemeter wordt er een afspraak gemaakt bij de OSAS-verpleegkundige.

U neemt uw CPap/BiPap apparaat mee naar de afspraak met de OSAS-verpleegkundige. Tijdens deze afspraak krijgt u uitleg hoe u de saturatiemeter bevestigt aan u CPap/BiPap apparaat. U krijgt een vervolgspraak voor het uitlezen van de meting.

Afhankelijk van de uitkomst van de metingen kan het nodig zijn uw behandeling aan te passen. Dit wordt overlegd met uw behandelaar.

Bevestiging van saturatiemeter

	<p>Bevestig het blok van de van de saturatiemeter aan uw apparaat. U vindt de insteekopening aan de linkerkant van uw apparaat, onder de SD-kaart (blauwe lipje). Druk dit door tot u een zachte klik hoort.</p>
	<p>Bepaal of u het knijpertje aan uw linker of rechterhand wilt. Neem de hand die u het minst vaak gebruikt of waar u niet op ligt. Zorg dat er geen nagellak, gelnagel of kunstnagel op de vinger zit waar u de knijper op zet. Plak de knijper vast op uw</p>

	vinger met tape.
	Zet het apparaat aan. Het lampje in de saturatiemeter gaat branden en uw apparaat geeft een melding dat de saturatiemeter is aangesloten.
 <p>The image shows a smartwatch screen with a blue background. At the top, it says 'Slaapproport' with a signal strength icon. Below that is a navigation bar with '< Home'. The main display shows 'Druk 5.6' in the top right. In the center is a large circular gauge with the number '5.0' in green. Below the gauge, on the left, is 'SpO2 99' and on the right is 'Puls 65'. At the bottom left of the screen is an 'Auto' button with a green arrow icon. Below the screen is a physical home button with a white house icon.</p>	Het zuurstofgehalte in uw bloed en de hartslag is te controleren. Deze worden aangegeven in het scherm. Uw zuurstofgehalte staat links onderin en uw hartslag rechts onderin.

- U mag nu gaan slapen.
- 's Morgens haalt u de tape los. U verwijdert de knijper van uw vinger. De koppeling met uw apparaat mag u laten zitten voor de volgende avond.

- Na de laatste nacht haalt u het blok met de saturatiemeter van uw apparaat af. Dit doet u door deze aan de beide zijanten in te drukken zodat de ‘grijpers’ de apparatuur loslaten.

Veel voorkomende problemen

De saturatiemeter/ het blok is niet goed aangesloten of de gegevens worden niet goed overgedragen.

Verwijder de saturatiemeter uit het apparaat. Sluit deze opnieuw aan en steek de stekker van het apparaat weer in het stopcontact.

Het apparaat neemt geen SD-kaart waar en er kunnen geen gegevens worden geregistreerd of opgeslagen.

Zorg dat er een SD-kaart op de juiste manier in de SD-kaartgleuf van uw apparaat is ingebracht.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-12.00 en 13.00-16.30 uur naar het Slaapwaakcentrum, tel. (078) 654 53 53.

We doen er alles aan om uw bezoek(en) aan het Slaapwaakcentrum zo aangenaam mogelijk te maken. Heeft u aanbevelingen om onze service te verbeteren dan horen we dit graag van u. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u klachten heeft over het slaapwaakcentrum of van betrokken specialisten. U kunt dan contact opnemen met het afdelingshoofd van het Slaapwaakcentrum. Het Slaapwaakcentrum zal uw klachten behandelen in volgens de voorschriften van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Geef uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest

*De afbeeldingen in deze folder zijn met toestemming overgenomen.
De afbeeldingen mogen niet door derden worden gebruikt. De
copyrights berusten bij © ResMed.*

Albert Schweitzer ziekenhuis
februari 2025
pavo 1718